Diaterge NK
HÓA CHẤT RỬA MÁY

CE

Cat. No.: 19102 5 L

TÊN SẢN PHẨM
Diaterge NK

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
(Chỉ sử dụng trong chuẩn đoán IVD)
Hóa chất rửa Diaterge-NK được dùng để rửa các dòng máy huyết học Celltac MEK 6108, 7118, 8118, 7222, 8222 giữa các lần đo cho việc bảo trì và vệ sinh hàng ngày.

TÓM TẮT VÀ NGUYÊN LÝ
Diaterge-NK là một hóa chất rửa có tác dụng làm sạch các mảnh vỡ tế bào, protein và chất béo bằng chất tẩy rửa hòa tan.

THÀNH PHẦN

- Sodium Chloride < 0,9 %
- Detergent < 1,1 %
- buffer < 0,3 %
- Stabiliser < 0,3 %
- Dye < 0,0001 %

THẬN TRỌNG

- Sản phẩm này không chứa các thành phần gây hại và không nguy hại. Trong trường hợp tiếp xúc với da hoặc mắt rửa lại bằng nước.
- Bệnh phẩm, mẫu máu và tất cả các vật liệu tiếp xúc với sản phẩm này phải được xử lý như là những vật phẩm có khả năng truyền nhiễm và phải có biện pháp phòng ngừa thích hợp.
- Không sử dụng hóa chất đã hết hạn sử dụng được in trên nhãn.
- Tránh làm nhiễm khuẩn hóa chất, nếu không kết quả sai có thể xảy ra.
- Sử dụng đúng Quy trình xử lý chất thải của bệnh viện khi xử lý những chất này.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Người lắp đặt hóa chất phải là một KTV xét nghiệm được đào tạo chuyên nghiệp.
2. Để hóa chất ở nhiệt độ phòng trong ít nhất 24 giờ.
3. Nới lỏng và tháo nắp thùng hóa chất ra. Gắn ống dây hút hóa chất vào trong thùng. Vặn chặt nắp lại.
4. Quy trình lắp các hóa chất khác cũng tương tự (vui lòng xem mục **"THIẾT BỊ, HÓA CHẤT YÊU CẦU NHƯNG KHÔNG KÈM THEO"**).
5. Thực hiện quy trình mồi hóa chất vào thiết bị một cách kỹ lưỡng. Chi tiết xem hướng dẫn sử dụng máy phân tích huyết học.
6. Khi thay thế một Lô hóa chất mới, vui lòng chạy kiểm chuẩn lại thiết bị.

BẢO QUẢN VÀ ỔN ĐỊNH

- Khi chưa mở nắp hóa chất này sẽ ổn định trong 18 tháng kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nhiệt độ 15-35ºC trong phòng tối. Xem hạn sử dụng ghi trên nhãn. Khi hóa chất có bất kỳ dấu hiệu ô nhiễm hoặc mất ổn định, nhìn thấy vẩn đục hoặc thay đổi màu sắc, nên được thay thế mới.
- **KHÔNG** sử dụng hóa chất một khi đã đóng băng.
- Một khi đã được mở nắp, hóa chất sẽ ổn định trong 60 ngày.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI
Sử dụng hóa chất này có hiệu quả là làm sạch đường ống và hệ thống chất lỏng trong máy phân tích huyết học, đảm bảo thông số background nằm trong giới hạn cho phép.

GIỚI HẠN
Hóa chất phải được sử dụng trong phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh của 15-35ºC. Sử dụng hóa chất này không thay thế được các hoạt động bảo trì và bảo dưỡng thiết bị.
Hóa chất Diagon chỉ có thể sử dụng kèm với hóa chất của Diagon. Kết quả có thể không chính xác khi sử dụng cùng với những hóa chất khác.

THIẾT BỊ, HÓA CHẤT YÊU CẦU NHƯNG KHÔNG KÈM THEO

- Máy phân tích máy huyết học Celltac MEK 6108, 7118, 8118, 7222, 8222
- Hóa chất Diluent, Lyse dùng cho máy phân tích huyết học (đã đề cập ở trên). Vui lòng tham vấn nhà phân phối tại địa phương của bạn hoặc liên hệ trực tiếp nhà sản xuất.

YÊU CẦU MẪU
Diaterg-NK này được sử dụng cùng với mẫu máu được lấy ở tĩnh mạch và cho vào trong ống chống đông EDTA.

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

DIAGON LTD.
Baross u. 52, 1047 Budapest, Hungary
Tel.: +36 1 3696500, Fax.: +36 1 3696301